



Cartagena de Indias D.T. y C., 28 de abril de 2020

Señores
PROVEEDORES
 Cartagena

Asunto: **INVITACION A COTIZAR – SEGUNDA CONVOCATORIA.**

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito nos permitimos informarle que La Gobernación de Bolívar, en cabeza de la secretaria de salud, se encuentra interesado en recibir cotizaciones y ofertas para la adquisición de Equipos médicos como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el COVID-19, para lo cual se requiere con miras a la estructuración del estudio de mercado, que se presente

EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID
<p style="text-align: center;">VENTILADORES ADULTO FIJOS SIN COMPRESOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Pantalla LCD, LCD-TFT o TFT de mínimo 10" • Monitoreo de FiO2 interno • Con entrada de Aire y oxígeno. • FiO2 en el rango de 21 a 100 %. • Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico <p>Con los siguientes modos de ventilación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "V-A/C (control/asistencia de volumen) P-A/C (control/asistencia de presión) V-SIMV (volumen, ventilación obligatoria intermitente sincronizada), P-SIMV (presión, ventilación obligatoria intermitente sincronizada) CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias) PSV (ventilación con presión de soporte) Ventilación de apnea APRV (ventilación de liberación de presión de las vías respiratorias) PRVC (control de volumen regulado por presión) VNI (ventilación no invasiva)" • Batería con autonomía mínimo de 2 horas • Alimentación Eléctrica 120 Vac -60Hz. 	5
<p style="text-align: center;">VENTILADOR ADULTO CON COMPRESOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD, LCD-TFT o TFT de mínimo 10" • Con turbina para generar su propio Aire medicinal • Monitoreo de FiO2 interno • FiO2 en el rango de 21 a 100 %. • Salida para nebulizador o nebulizador sincrónico <p>Con los siguientes modos de ventilación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "V-A/C (control/asistencia de volumen) P-A/C (control/asistencia de presión), V-SIMV (volumen, ventilación obligatoria intermitente sincronizada) P-SIMV (presión, ventilación obligatoria intermitente sincronizada) CPAP (presión continua positiva en las vías respiratorias) PSV (ventilación con presión de soporte) Ventilación de apnea APRV (ventilación de liberación de presión de las vías respiratorias) PRVC (control de volumen regulado por presión) VNI (ventilación no invasiva)" • Batería con autonomía mínimo de 2 horas • Alimentación Eléctrica 120 V -60Hz. 	25



La cotización debe venir acompañada con la ficha técnica de cada uno de los equipos anteriormente listados con el fin que la Entidad pueda corroborar que se esta ofertando lo que se requiere.

NOTA: Su propuesta y todas las que se reciban serán el soporte de los estudios económicos de la mencionada contratación para proceder a la contratación respectiva.

En caso que el cotizante no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo). Si el bien está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio y por qué cobija el Departamento de Bolívar.

El interesado debe tener en cuenta impuestos y estampillas departamentales y los costos asociados a pólizas y garantías.

PLAZO DE EJECUCION

La Gobernación de Bolívar solicita a los interesados que en las cotizaciones indiquen el plazo estimado para realizar la entrega de los bienes y disponibilidades de stock de inventarios.

LUGAR DE ENTREGA

Las cotizaciones serán recibidas en la siguiente dirección electrónica:

oficinajuridica@bolivar.gov.co

Las cotizaciones deberán ser entregadas dentro del término máximo de dos **(02) días hábiles**, contados a partir de la recepción de la misma.